

# 対象元素と検出限界の目安



ガスを使わない  
プラズマ発光方式

(液体電極プラズマ発光分光式)

Liも測定可能

2024/3  
59元素

H																	He				
Li	Be															B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg															Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr				
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe				
Cs	Ba	L*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn				
		La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu					

■  $\leq 0.01$  mg/L   
 ■  $\leq 0.1$  mg/L   
 ■  $\leq 1$  mg/L   
 ■  $\leq 10$  mg/L   
 ■  $\leq 100$  mg/L   
 ■  $> 100$  mg/L